

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

2020-10-13-002

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
DOSTAWA MAMMOGRAFU CYFROWEGO**

CPV: 33111800 – 9 (diagnostyczny system rentgenowski)

1. Zamawiający:

Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska

ul . Marsz. Józefa Piłsudskiego 47

66-400 Gorzów Wlkp.

telefon: 95 7814 700

Tel kom. 600 832 351

NIP 599-111-21-96

Strona internetowa Zamawiającego : www.nzoz-panoramix.pl

e-mail : nzoz_panoramix@interia.pl

Godziny urzędowania administracji: 9.00 – 15.00

Zamawiający informuje, że zamówienie jest dofinansowane przez Ministra Zdrowia na podstawie umowy nr 1/15/13/2020/3748/436 na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie zadania pn. : „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów - mammografy” ,zobowiązującej Realizatora do wyłonienia wykonawcy w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

PRZETARG OGŁOSZONO:

1.W Biuletynie Zamówień Publicznych,

2 W miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego,

3.Na stronie internetowej Zamawiającego : www.nzoz-panoramix.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, do którego stosuje się odpowiednio przepisy art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

3. Przedmiot zamówienia

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mammografu cyfrowego(dalej zwanego aparatem).
- 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. Nr 2 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia.
- 3.3. Wykonawca może zaoferować wyłącznie wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186).
- 3.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 3.5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
- 3.6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
- 3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 3.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 3.9. Wykonawca podłączy oferowany aparat do dowolnego systemu RIS|PACS w zakresie worklisty oraz przesyłania na system pacs wykonywanych badań diagnostycznych oraz testowych.
- 3.10. Wykonawca podłączy do dowolnego systemu pacs stację opisową w zakresie pobierania badań diagnostycznych celem ich opisu na oprogramowaniu stacji opisowej.

- 3.11. Wykonawca udostępni oraz umożliwi wywoływanie przeglądarki diagnostycznej z poziomu RIS | PACS (udostępnienie dokumentacji - polecenia wywołania przeglądarki z zadaniem badaniem)
- 3.12 Wykonawca umożliwi nagrywanie na płytach CD software, który umożliwi diagnostykę uprzednio wykonanego badania.

4. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności

- 4.1. Termin dostawy aparatu do siedziby Zamawiającego wynosi maksymalnie **40 dni** od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia **29.11.2020r.** wraz z wystawieniem faktury.
- 4.2. Montaż, uruchomienie i protokolarne przekazanie urządzenia: do 10 dni po dostawie aparatu.
- Szkolenie obsługowe personelu medycznego w ramach zakupu urządzenia (w dwóch terminach) po uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającego wraz z wydaniem zaświadczenia o przebyłym szkoleniu, min. 2 dni.
 - Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji, obsługi oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia o przebyłym szkoleniu w siedzibie zamawiającego (podczas montażu aparatu).
- 4.3. Faktury po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia zostaną wystawione osobno za aparat oraz osobna pozycja za: dostawę, instalację i uruchomienie aparatu, testy specjalistyczne, projekt osłon stałych, integracji oraz innych czynności niezwiązanych z zakupem aparatu.
- 4.4. Termin płatności wynosi łącznie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur.

5. Warunki udziału w postępowaniu

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 5.2. Zamawiający **nie** ustala żadnych szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, wymaganych od wykonawców

- 6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
- 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
- 6.3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 6.1 niniejszej SIWZ.
- 6.4. Zamawiający zastosuje odpowiednio procedurę, o której mowa w art. 24a ustawy Pzp.
- 6.5. Do Wykonawców (w tym osób fizycznych i prawnych) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają regulacje z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. Nr 1126).
- 6.6. Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp, na wzorze stanowiącym zał. nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 6.7. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6.1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo

ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałyby odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- 7.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 7.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
- 7.3. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego, na której jest udostępniona SIWZ.
- 7.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 7.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
Uwaga - Oryginał dokumentu przesłanego drogą elektroniczną należy niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście.
- 7.6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie należy przesłać na adres:
***Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 47,66-400 Gorzów Wlkp.***
- 7.7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: nzoz_panoramix@interia.pl
- 7.8. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Robert Tomaszewski tel.604 387 632
w godz. 8.00 – 20.00
- 7.9. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości porozumiewania się za pomocą faksu.
- 7.10. Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania każdej przesyłki elektronicznej.
- 7.11. W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający uzna, iż korespondencja dotarła czytelna do Wykonawcy w dniu i godzinie jej nadania (zgodnie z raportem poczty elektronicznej).

8. Wadium

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9. Termin związania ofertą

- 9.1. Termin związania ofertą upływa po **30 dniach** od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty

- 10.1. **Oferta** musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 - wypełniony **formularz ofertowy** – załącznik nr 1 do SIWZ;
 - wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia;
 - **oświadczenie** wymienione w rozdziale 6 SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ;
 - **aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne **pełnomocnictwo** w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
- 10.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- 10.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 10.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 10.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona ściśle według postanowień Specyfikacji.
- 10.6. Oferta musi być napisana czytelnie - wskazany maszynopis lub wydruk komputerowy.
- 10.7. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy.
- 10.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
- 10.9. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 10.10. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego wymagane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą.
- 10.11. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do przedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowany aparat wymogów zamawiającego zawartych w zał. nr 2 do siwz – Opisie przedmiotu zamówienia, tj. materiałów informacyjnych uwiarygodniających podane informacje techniczne (katalogi, opisy, foldery itp.) w języku polskim, na podstawie, których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp.**

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- 11.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska
Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 47
Oferta w postępowaniu „Dostawa mammografu cyfrowego”
nr sprawy: 2020-10-13-002

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 22.10.2020 roku godz. 10:00

- 11.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie firmy **Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska ul Marsz. Józefa Piłsudskiego 47 66-400 Gorzów Wlkp.** nie później niż **do dnia 22.10.2020 roku do godz. 9.30.**
- 11.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia **22.10.2020 roku o godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego w **Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska ul Marsz. Józefa Piłsudskiego 47 66-400 Gorzów Wlkp.** Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 11.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po ustalonym terminie, będą odsyłane bez otwierania.
- 11.5. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
- 11.6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.nzoz-panoramix.pl

- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- informacje, które podlegają ocenie.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

- 12.1 Cenę oferty należy ująć w formularzu ofertowym podając ją cyframi i słowem w złotych polskich.
- 12.2. Cena brutto przedstawiona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji tj.z podziałem na dwie wartości :
- wynagrodzenie za aparat,
 - wynagrodzenie za dostawę, instalację i uruchomienie aparatu, testy specjalistyczne, projekt osłon stałych, integracji oraz innych czynności niezwiązanych z zakupem aparatu.
- 12.3. Cena oferty przedstawiona przez Wykonawcę musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Cena podana w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego w czasie trwania umowy. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
- 12.4. Rozliczenie za wykonane zamówienie odbywać się będzie w walucie PLN.
- 12.5. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13. Kryteria i ocena ofert

- 13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

<i>Kryteria</i>	<i>Waga</i>	<i>Punktacja</i>
CENA BRUTTO	60%	skala 0 – 60 pkt.
OCENA TECHNICZNA	40%	skala 0 – 40 pkt.

- 13.2. Punktacja w kryterium **CENA** zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób:

$$C = \frac{\text{najniższa cena spośród ocenianych ofert}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60$$

Gdzie:

C – punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

- 13.3. Punktacja w kryterium **OCENA TECHNICZNA** waga = 40% (40 pkt.) sposób oceny:

Ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę X ranga 40%.

Oceniane na potrzeby tego kryterium elementy oraz max ilość punktów do zdobycia za oceniany element wskazane zostały w zał. nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia

- 13.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.
- 13.5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria.
- 13.6. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 1 – 3 ustawy.
- 13.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Zawarcie umowy

- 15.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) lub ust. 2 pkt. 1a) ustawy Pzp.
- 15.2. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z projektem Zamawiającego, stanowiącego załącznik do SIWZ.
- 15.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

16. Środki ochrony prawnej

Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej.

17. Informacyjna z art. 13 RODO

17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- a) **administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska z siedziba w Gorzowie Wlkp. ul Marsz. Józefa Piłsudskiego 47**
- b) inspektorem ochrony danych osobowych w Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska jest Łukasz Tomaszewski , kontakt: tel. 662 962436, e-mail: nzoz_panoramix@interia.pl
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, umowy 10 lat od dnia rozwiązania umowy;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

i) nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

18. Uwagi końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

19. Załączniki

Integralną częścią specyfikacji są załączniki:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1;
2. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2;
3. Oświadczenie – zał. nr 3;
4. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 4;
5. Projekt umowy – zał. nr 5.

Nr postępowania 2020-10-13-002

FORMULARZ OFERTOWY	
<i>Przedmiot zamówienia</i>	DOSTAWA MAMMOGRAFU CYFROWEGO
<i>Zamawiający</i>	PANORAMIX USŁUGI RADIOLOGICZNE EWA TOMASZEWSKA Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 47 , 66-400 Gorzów Wlkp.
<i>Oferent – pełna nazwa Oferenta, adres, NIP REGON tel., fax. e-mail</i>	
Ad. 1 OFEROWANA CENA ZA APARAT WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM w PLN	wartość netto: słownie: wartość brutto: słownie: VAT%
Ad. 2 OFEROWANA CENA ZA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE APARATU, TESTY SPECJALISTYCZNE, PROJEKT OSŁON STAŁYCH, INTEGRACJĘ ORAZ INNE CZYNNOŚCI NIEZWIĄZANE Z ZAKUPEM APARATU OBJĘTE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA w PLN	wartość netto: słownie: wartość brutto: słownie: VAT%
Oferowana cena brutto łącznie(Ad.1+Ad.2) w PLN (podlega ocenie)	wartość brutto: słownie:
Okres gwarancji	

60 MIESIĘCY

Termin realizacji zamówienia

Max 40 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 29.11.2020r. wraz z wystawieniem faktury.

OŚWIADCZENIA:

- 1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą;
- 2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
- 3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
- 4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres **30 dni** licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem);
- 5) uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty,
- 6) proponowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego
- 7) w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRYZNANIA ZAMÓWIENIA:

- 1) zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
- 2) osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest:.....
e-mail:.....tel.
.....;
- 3) osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:.....
e-mail:.....tel.
.....;

PODWYKONAWCY:

Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia,(należy podać dane proponowanych podwykonawców i zakres prac):

.....
.....

Oświadczamy, że oferta: zawiera / nie zawiera* (*niepotrzebne skreślić*) **na str. oferty** informacje, które stanowią **TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA** w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia.

Należy do grupy małych i średnich przedsiębiorstw(właściwe zaznaczyć)

- TAK
 NIE

.....dnia.....

.....
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
Wykonawcy)

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca	Punktacja
MAMMOGRAF CYFROWY				
I WYMAGANIA OGÓLNE				
1.	Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia	Podać		Bez punktacji
2.	Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2020 r., mammograf dedykowany do skryningu oraz diagnostyki spełniający wymagania polskiego prawa	TAK podać		Bez punktacji
3.	Konstrukcja mammografu musi umożliwiać wykonywanie badań min 15 pacjentów/godzinę (optymalnie dobrane właściwości cieplne lampy RTG i detektora)	TAK		Bez punktacji
4.	Mammograf wysokiej klasy – min. detektor lub lampa rtg produkowany przez producenta oferowanego mammografu	TAK		Bez punktacji
II GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA				
5.	Generator wysokoczęstotliwościowy	TAK		Bez punktacji
6.	Moc wyjściowa generatora min. 5 kW	TAK (podać)		Bez punktacji
7.	Zakres wysokiego napięcia	Min. 25 - 35 kV		Bez punktacji.
8.	Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV	TAK		Bez punktacji
9.	Maksymalna wartość ekspozycji w mAs	Min. 500 mAs		Bez punktacji
10.	Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, filtr	TAK		Bez punktacji
11.	Tryb automatyczny i manualny wyboru parametrów ekspozycji	TAK		Bez punktacji
III LAMPA RTG				
12.	Anoda dwukątowa	TAK		Bez punktacji
13.	Pojemność cieplna anody	Min. 160 KHU		Bez punktacji
14.	Wielkość nominalna małego ogniska wg IEC60336	Max. 0,1 mm		Bez punktacji
15.	Wielkość nominalna dużego ogniska wg IEC60336	Max. 0,3 mm		Bez punktacji

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca	Punktacja
IV AUTOMATYKA				
16.	Automatyka kontroli ekspozycji AEC - w pełni automatyczny wybór najbliższego regionu ze skanu pola detektora	TAK, opisać		Bez punktacji
17.	Dobór parametrów ekspozycji na podstawie gęstości radiologicznej tkanki	TAK		Bez punktacji
18.	Automatyczna kontrola kompresji	TAK		Bez punktacji
19.	Ręczna kontrola kompresji	TAK		Bez punktacji
20.	Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji	TAK		Bez punktacji
21.	Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. zaniku napięcia zasilającego	TAK, opisać		Bez punktacji
V STATYW MAMMOGRAFICZNY				
22.	Statyw wolnostojący	TAK		Bez punktacji
23.	Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo)	Min. 69 – 131 cm (wysokość stolika od podłogi)		położenie górnej powierzchni detektora < 69 cm – 1 pkt. położenie górnej powierzchni detektora ≥69 cm– 0 pkt.
24.	Zmotoryzowany obrót głowicy	TAK		Bez punktacji
25.	Zakres obrotu głowicy	min. 360°		Bez punktacji
26.	Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180° (detektor na górze, lampa na dole)	TAK		Bez punktacji
27.	Odległość ognisko - detektor obrazu	Min. 65 cm		Bez punktacji
28.	Zestaw do zdjęć powiększonych min. o współczynniku powiększenia 1,5x	TAK		Jeden współczynnik powiększenia – 0 pkt Min. 2 współczynniki powiększenia – 1 pkt
29.	Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych).	TAK		Bez punktacji

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca	Punktacja
	Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła			
30.	Osłona twarzy pacjentki	TAK		Bez punktacji
31.	Automatyczne przejście do kolejnej projekcji (ruch obrotowy) i jednocześnie automatyczne dopasowanie wysokości detektora (ruch pionowy) do kolejnej projekcji (np. z LCC do LMLO) po naciśnięciu jednego przycisku	TAK/NIE		TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt
32.	Komplet płytke do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): <ul style="list-style-type: none"> • min. 18x23 cm dwie sztuki lub jedna kompletna płytka wraz z dodatkowym wymiennym wkładem płytki • min. 23x29 cm- dwie sztuki lub jedna kompletna płytka wraz z dodatkowym wymiennym wkładem płytki • docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych 	TAK		Bez punktacji
33.	Płytkę kompresyjną o wymiarach 18x23 (-+/-1) cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora i dostosowaniem pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora	TAK		Bez punktacji
34.	Płytkę kompresyjną o powierzchni docisku 10x24(-+/-1) cm z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora i dostosowaniem pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora przeznaczona do obrazowania małych piersi oraz piersi z implantami.	TAK		Bez punktacji

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca	Punktacja
VI DETEKTOR CYFROWY				
35.	Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm,	TAK		Bez punktacji
36.	Detektor oparty na technologii zapewniający gotowość do pracy zaraz po uruchomieniu systemu (brak konieczności oczekiwania na stabilizację/kalibrację detektora)	TAK		Bez punktacji
37.	Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze	Max. 10 s		Bez punktacji
38.	Rozmiar piksela	Max. 100 µm		Bez punktacji
39.	Zakres dynamiki	Min. 14 bit		Bez punktacji
40.	Współczynnik DQE dla 0.5 lp/mm	Min. 70%		Bez punktacji
41.	Kratka przeciwróżproszeniowa - zapewniająca redukcję promieniowania rozproszonego	TAK		Bez punktacji
42.	Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi	Max. 15 s, podać		Najkrótszy czas – 1 pkt; Pozostałe wartości – 0 pkt
43.	Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej - ważna w celu poprawy dokładności / ergonomii pozycjonowania pacjentów	Max. 70mm Podać [mm]		Najmniejsza grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej – 1 pkt; Pozostałe grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej – 0 pkt
VII KONSOLA TECHNIKA - STACJA AKWIZYCYJNA				
44.	Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika)	TAK		Bez punktacji
45.	Szyba ochronna dla operatora	Ekwiwalent min. 0,5 mm Pb		Bez punktacji
46.	Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 21” (1600x1200 piksele lub 1920x1080 piksele)	TAK		Bez punktacji
47.	Pamięć operacyjna RAM	Min. 4 GB		Bez punktacji

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca	Punktacja
48.	Dysk twardy do archiwizacji obrazów	Min. 1 TB		. Bez punktacji
49.	Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD oraz USB w formacie DICOM	TAK		Bez punktacji
50.	Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia	TAK		Bez punktacji
51.	Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : - DICOM Store - DICOM Storage Commitment - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - Modality Performed Procedure	TAK TAK TAK TAK TAK		Bez punktacji
52.	Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej	TAK TAK TAK TAK TAK TAK		Bez punktacji
53.	Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenie ich z obrazem cyfrowym	TAK		Bez punktacji
VIII STANOWISKO OPISOWO - OBRAZOWE DLA RADIOLOGA 1 SZT.				
54.	Stanowisko obrazowo – opisowe	TAK		Bez punktacji
55.	System operacyjny	Podać typ i środowisko		Bez punktacji
56.	Pamięć operacyjna RAM	Min. 32 GB		Bez punktacji
57.	Pojemność dysku twardego dla obrazów,	Min. 1 TB		Bez punktacji
58.	Komputer, mysz, klawiatura komputerowa	TAK		Bez punktacji

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca	Punktacja
59.	Prezentacja obrazów z mammografii,, rezonansu magnetycznego USG	TAK		Bez punktacji
60.	Dwa sparowane diagnostyczne monitory obrazowe LCD wysokiej klasy - przekątna monitora min. $\geq 21''$, - kalibracja w standardzie DICOM - monitory parowane, - prezentacja obrazu w pionie, - rozdzielczość każdego monitora min. 5 MP jasność każdego monitora $\geq 500 \text{ cd/m}^2$	TAK		Bez punktacji
61.	Monitor LCD do wprowadzania opisów min 21''	TAK		Bez punktacji
62.	Oprogramowanie umożliwiające min.: - automatyczne umieszczanie na dwóch monitorach 5 Mx - obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej - jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki - porównywanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów - oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości	TAK		Bez punktacji
63.	Oprogramowanie obsługowe – postprocessing	TAK, opisać		Bez punktacji
64.	Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: - zmianę okna obrazowego (wyświetlania) - odwrócenie skali szarości - oznaczanie obszarów zainteresowania	TAK		Bez punktacji

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca	Punktacja
65.	Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do przeglądania obrazów z badań mammograficznych	TAK, opisać		Bez punktacji
66.	Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Store - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve,	TAK		Bez punktacji
67.	Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu.	TAK		Bez punktacji
68.	Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości.	TAK		Bez punktacji
69.	Oprogramowanie w języku polskim	TAK		Bez punktacji
IX POZOSTAŁE WYMAGANIA				
70.	Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE oraz ustawy o wyrobach medycznych (zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia). CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię. Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych (podać numer) załączyć kopię (jeżeli dotyczy wyrobu).	TAK		Bez punktacji
71.	Instrukcja obsługi, użytkownika oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim (w formie wydrukowanej i elektronicznej) przy dostawie Skrócona instrukcja przy urządzeniu –po 1 egz.	TAK		Bez punktacji
72.	Dokumentacja techniczna, wyspecyfikowane parametry systemu w języku polskim	TAK		Bez punktacji
73.	Szkolenie obsługowe i zakresu testów podstawowych personelu medycznego, fizyka	TAK		Bez punktacji

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca	Punktacja
	medycznego oraz obsługi technicznej w ramach zakupu urządzenia (w pięciodniowych terminach), po bezwzględny uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytych szkoleniu min. 5 dni			
74.	Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz przekazanie podstawowych informacji technicznych wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytych szkoleniu w siedzibie zamawiającego w trakcie montażu aparatu.	TAK		Bez punktacji
75.	W przypadku zmiany posadowienia aparatu, uzupełnienie brakującej wykładziny	TAK		Bez punktacji
76.	W pracowni znajduje się przyłącze sieci elektrycznej, w przypadku innej konfiguracji, wymiana przyłącza, Zamawiający umożliwia wizję lokalną	TAK		Bez punktacji
77.	W pracowni i opisowni znajdują się przyłącza sieci komputerowej	TAK		Bez punktacji
78.	Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji.	TAK		Bez punktacji
79.	Zestaw fantomów sprzęt do prowadzenia systemu jakości w zakresie testów podstawowych, zgodny z RMZ z dnia 03.04.2017r. tekst jednolity zał.6 - fantomy z PMMA o grubości 2 cm; 4,5 cm (jednorodny do oceny artefaktów) i 6,5 – 7cm (o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi detektora każdy) - fantom o jednorodnej strukturze siatki o oczku około 1 cm (o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi detektora) - fantom anatomiczny imitujący: włókna o średnicach	TAK		Bez punktacji

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca	Punktacja
	min. 0,75 mm; mikrozwapnienia o średnicach min. 0,32 mm; masy lite o grubościach min. 0,75 mm - waga dynamiczna do pomiaru siły kompresji			
80.	Demontaż i utylizacja posiadanego aparatu wraz wydaniem stosownych dokumentów w uzgodnieniu z Zamawiającym	TAK		Bez punktacji
81.	Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 60 miesięcy	TAK		Bez punktacji
82.	W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny w roku	TAK		Bez punktacji
83.	Termin dostawy do siedziby Zamawiającego max 40 dni od podpisania umowy, nie później niż do 29.11.2020r. wraz z wystawieniem faktury. Montaż, uruchomienie i protokolarne przekazanie do 10 dni po dostawie aparatu.	TAK		Bez punktacji
84.	Po zamontowaniu system kompletny, gotowy do integracji z systemem informatycznym Zamawiającego PACS/RIS (Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami), nie wymagający żadnych dodatkowych kosztów.	TAK		Bez punktacji
85.	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) max 12 godz. w dni robocze	TAK		Bez punktacji
86.	Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) max 2 dni robocze	TAK		Bez punktacji
87.	Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) max 5 dni roboczych	TAK		Bez punktacji
88.	Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym	TAK		Bez punktacji

L.p.	Parametr	Parametr graniczny	Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca	Punktacja
89.	Projekt osłon stałych (Zamawiający dysponuje projektem na aktualnie posiadany aparat-dokumentacja do wglądu)	TAK		Bez punktacji
90.	Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat	TAK		Bez punktacji
91.	Paszport techniczny przy dostawie	TAK		Bez punktacji
92.	Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych przez akredytowaną firmę wraz z wydaniem stosownego protokołu,	TAK		Bez punktacji
93.	Uchwyty ściennie dedykowane do ucisków	TAK		Bez punktacji
94.	UPS dobrany mocą do stacji lekarskiej	TAK		Bez punktacji
95.	Instalacja mammografu do istniejącej sieci elektrycznej w ramach istniejącej mocy o zabezpieczeniu max. 40A	TAK		Bez punktacji

Uwaga. Wykonawca podłączy oferowany aparat do dowolnego systemu RIS|PACS w zakresie worklisty oraz przesyłania na system pacs wykonywanych badań diagnostycznych oraz testowych. Wykonawca podłączy do dowolnego systemu pacs stację opisową w zakresie pobierania badań diagnostycznych celem ich opisu na oprogramowaniu stacji opisowej. Wykonawca udostępni oraz umożliwi wywoływanie przeglądarki diagnostycznej z poziomu RIS | PACS (udostępnienie dokumentacji - polecenia wywołania przeglądarki z zadaniem badaniem) Wykonawca umożliwi nagrywanie na płytach CD software, który umożliwi diagnostykę uprzednio wykonanego badania.

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów dotyczących aparatu, stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

Nr postępowania **2020-10-13-002**

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.

DOSTAWA MAMMOGRAFU CYFROWEGO

prowadzonego przez **Panoramix usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska z siedziba w Gorzowie Wlkp.
ul Marsz Józefa Pilsudskiego 47** oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

**PONIŻSZE WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU, GDY ZACHODZĄ PODSTAWY DO
WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA**

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

**PONIŻSZE WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY
INNEGO PODMIOTU**

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ
WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

PONIŻSZE WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNEGO PODMIOTU

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

.....

.....(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Nr postępowania 2020-10-13-002

.....
Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Na potrzeby postępowania w trybie przetargu nieograniczonego pn.

DOSTAWA MAMMOGRAFU CYFROWEGO

prowadzonego przez **Panoramix usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska z siedzibą w Gorzowie**
Wlkp. ul Marsz Józefa Piłsudskiego 47

Oświadczamy,

że po zapoznaniu się z firmami oraz adresami wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
zamieszczonymi na stronie internetowej zamawiającego,

1. należymy do grupy kapitałowej z następującymi wykonawcami:*

- 1.....
2.....

.....
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

- **nie należymy do grupy kapitałowej** *

.....
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

* - niepotrzebne skreślić

UWAGA!

- 1) Wykonawca składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej **w terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 2) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.

Nr postępowania 2020-10-13-002

-PROJEKT-

**Umowa nr .../2020/ZP
zawarta w Gorzowie Wlkp. w dniu2020 roku**

pomiędzy:

Ewą Tomaszewską – prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą *Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska, z siedzibą ul Marsz. Józefa Piłsudskiego 47, 66-400 Gorzów Wlkp.* –wpisaną do rejestrów podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000021647 prowadzony przez Wojewodę Lubuskiego

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....

.....

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS – Sąd Rejonowy w

REGON: NIP:

który reprezentuje:

.....

wpisanym do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG)

REGON: NIP:

który reprezentuje:

.....

zwany dalej Wykonawcą, którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego na **„DOSTAWĘ MAMMOGRAFU CYFROWEGO”** (nr sprawy:.....), do którego odpowiednio stosowano ustawę Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **dostawa mammografu cyfrowego**, nazwa aparatu:, typ: ..., model:, rok produkcji:....., o parametrach opisanych w SIWZ (załącznik nr 1 do niniejszej umowy), zwanego dalej aparatem lub wyrobem medycznym.
2. Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186). Dokumenty dopuszczające oferowany wyrób medyczny do obrotu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu po odbiorze aparatu wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
 - dostawa urządzenia do siedziby Zamawiającego do 40 dni od daty podpisania umowy jednak nie później niż do dnia 29.11.2020r. wraz z wystawieniem faktury
 - montaż, uruchomienie urządzenia wraz z podzespołami, protokolarnie przekazanie urządzenia, certyfikatów i dopuszczeń do użytku w terminie do 10 dni po dostawie urządzenia.
 - Szkolenie obsługowe personelu medycznego w ramach zakupu urządzenia (w pięciu terminach) po uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytych szkoleniu w wymiarze 5 dni.

- Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji, obsługi oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytych szkoleniu w siedzibie zamawiającego min. 1 dzień (podczas montażu aparatu).

§ 3

Gwarancja i rękojmia za wady

1. Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia(zestaw)objęte są 60 miesięczną gwarancją
2. Okres gwarancji liczony będzie od momentu uruchomienia sprzętu i wykonaniu testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych.
3. Wykonawca zapewnia, że sprzęt stanowiący przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, nieużyty, nie ma defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas użytkowania. Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas przestoju aparatu od zgłoszenia naprawy uniemożliwiającej korzystanie z aparatu do dokonania tejże naprawy.
4. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
5. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki lub wady ukryte wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany na przedmiot wolny od wad lub naprawy niesprawnego sprzętu. Zgłoszenie niesprawności urządzenia przez Zamawiającego winno być dokonane niezwłocznie.
6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną o ujawnionych wadach lub usterekach, których usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji
7. Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) Strony ustalają na maksymalnie 12 godz. w dni robocze.
8. Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) Strony ustalają na maksymalnie 2 dni robocze.
9. Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) Strony ustalają na maksymalnie 5 dni roboczych.
10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wykonać min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny w roku
11. Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych przy naprawach bez użycia części zamiennych 5 dni roboczych przy użyciu części zamiennych oraz 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z poza Unii Europejskiej od momentu zgłoszenia wady.
12. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu autoryzowanemu serwisowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres 10 lat
14. Za działania firm serwisowych, działających na zlecenie Wykonawcy, wobec Zamawiającego, Wykonawca odpowiada, jak za działania własne.
15. Gwarancją nie są objęte:
 - 1) Uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe:
 - a) na skutek eksploatacji niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowaniem się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
 - b) na skutek samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby,
 - 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, zalanie itp.

§ 4

Warunki dostawy i odbioru

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówione urządzenie do siedziby Zamawiającego tj. Panoramax Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska ul Marsz. Józefa Piłsudskiego 47 , 66-400 Gorzów Wlkp. na swój koszt i ryzyko.
2. Wykonawca zawiadomi pisemnie przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy, nie później niż na 2 dni robocze przed tym terminem.
3. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru urządzenia oraz po jego zainstalowaniu i uruchomieniu.
4. Warunkiem podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony jest:
 - a) wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych,
 - b) wykonanie prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia aparatu oraz jego zainstalowanie wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych prób, pomiarów, w tym wykonania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i przedstawienia w formie Protokołu Ochrony Przeciwporażeniowej, wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych.
 - c) Demontaż i utylizacja zamontowanego aparatu Mammomat 3000 NOVA firmy Siemens
 - d) wszelka dokumentacja (protokoły, testy, certyfikaty, instrukcja obsługi, konserwacji i dezynfekcji itp. winna być sporządzona w języku polskim, musi być dostarczona przed terminem odbioru przedmiotu umowy.
5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości przekazania przedmiotu umowy na 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru przedmiotu umowy.
6. Odbiory:
 - a) Odbiór częściowy obejmuje dostawę aparatu,
 - b) Odbiór końcowy obejmie odbiór urządzenia, odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego, po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę,
 - c) z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy,
 - d) jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną usterki – Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie i czasie ustalonym przez strony do ich usunięcia,
 - e) Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpią wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia, nie spełniają ustalonych parametrów technicznych, aparat posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia, a Zamawiający nie usunie stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w dodatkowym terminie ustalonym przez Strony, nie krótszym niż 5 dni roboczych.
7. W ramach przedmiotowej umowy Wykonawca nieodpłatnie wykona demontaż i zutylizuje posiadany przez Zamawiającego aparat.
8. W ramach przedmiotowej umowy wykonawca:
 - 1) podłączy aparat do dowolnego systemu RIS|PACS w zakresie worklisty oraz przesyłania na system pacs wykonywanych badań diagnostycznych oraz testowych,
 - 2) podłączy do dowolnego systemu pacs stację opisową w zakresie pobierania badań diagnostycznych celem ich opisu na oprogramowaniu stacji opisowej,
 - 3) udostępni oraz umożliwi wywoływanie przeglądarki diagnostycznej z poziomu RIS | PACS (udostępnienie dokumentacji - polecenia wywołania przeglądarki z zadaniem badaniem),
 - 4) umożliwi nagrywanie na płytach CD software, który umożliwi diagnostykę uprzednio wykonanego badania.

§ 5

Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm..) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742), w tym w szczególności do:

- a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw o ochronie danych osobowych oraz spełni wymagania określone w przepisach wykonawczych,
 - b) przetwarzania powierzonych informacji i danych osobowych jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,
 - c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy,
 - d) niezwłocznego zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych powierzonych do przetwarzania w związku z realizacją Umowy oraz trwałego zniszczenia wszystkich kopii dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających powierzone dane – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zamawiającego, po rozwiązaniu niniejszej Umowy,
 - e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
3. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 2 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy. Naruszenie obowiązku ochrony danych, powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.
4. Wykonawca niezwłocznie informuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§ 6

Warunki płatności:

1. Zamawiający, zgodnie z wybraną ofertą, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenia łącznie na **kwotę brutto zł**, (słownie:),
w tym:
- za aparat wraz z niezbędnym wyposażeniem:
kwotę brutto zł, (słownie:)
kwotę netto zł, (słownie:)
VAT ... %
- za dostawę, instalację i uruchomienie aparatu, testy specjalistyczne, projekt osłon stałych, integracji oraz innych czynności niezwiązanych z zakupem aparatu:
kwotę brutto zł, (słownie:)
.....)
kwotę netto zł, (słownie:)
.....)
VAT ... %
2. Faktury po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, zostaną wystawione osobno za aparat oraz osobna pozycja za: dostawę, instalację i uruchomienie aparatu, testy specjalistyczne, projekt osłon stałych, integracji oraz innych czynności niezwiązanych z zakupem aparatu.
3. Termin płatności wynosi łącznie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur.
4. Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem, instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu oraz ubezpieczeniem do chwili odbioru sprzętu przez Zamawiającego, w szczególności koszty:
 - a) wyposażenia w niezbędne elementy konieczne do uruchomienia i pracy systemów,
 - b) transportu i rozładunku,
 - c) przetransportowania urządzenia do właściwych pomieszczeń,
 - d) ustawienia,
 - e) wykonania projektu osłon stałych
 - f) wykonania testów akceptacyjnych i specjalistycznych i przekazanie ich użytkownikowi w postaci protokołu,

- g) prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia urządzenia,
 - h) zainstalowania,
 - i) podłączenia do istniejących u Zamawiającego sieci komputerowej i archiwizacji,
 - j) uruchomienia i przeprowadzenia testów sprawdzających,
 - k) dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej,
 - l) wykonania dokumentacji powykonawczej montażowo-instalacyjnej i przekazania jej użytkownikowi w formie papierowej i elektronicznej,
 - m) ewentualnych napraw gwarancyjnych,
 - n) przeszkolenia personelu Zamawiającego,
 - o) należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia ustawowych odsetek.
6. Strony ustalają, że za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego

§ 7

Szkolenie pracowników Zamawiającego

Strony zgodnie ustalają, że w ramach ceny przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona przeszkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego:

- a) szkolenia dla personelu medycznego oraz technicznego będą odbywać się w pięciu terminach, począwszy od momentu uruchomienia urządzenia (łącznie 5 dni po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym).
- b) z odbytych szkoleń Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi certyfikat potwierdzający uzyskanie określonych uprawnień.

§ 8

Kary umowne

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przysługiwać będą kary umowne:
- 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) za nie dostarczenie dokumentów, a także w przypadku naruszeń postanowień §7 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - d) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Niezależnie od nałożonych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. W przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody jej naprawienie przez Wykonawcę obejmować będzie:
- 1) rzeczywiście poniesione przez Zamawiającego straty;
 - 2) korzyści, jakich w sposób uzasadniony spodziewał się Zamawiający, ale których nie osiągnął z uwagi na to, że Wykonawca nie wykonał swego zobowiązania lub wykonał je wadliwie i przez to wyrządził Zamawiającemu szkodę uniemożliwiającą osiągnięcie tych korzyści, w szczególności w następujących przypadkach:
 - a) gdy na skutek zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji zamówienia Zamawiający nie będzie mógł korzystać z urządzenia będącego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w zakresie leczenia w następstwie czego nie osiągnie spodziewanych przychodów z prowadzonej

- działalności diagnostyczno-leczniczej, które by osiągnął gdyby mógł korzystać z urządzenia w przypadku terminowego wykonania zamówienia;
- b) gdy na skutek zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania napraw gwarancyjnych realizowanych na podstawie niniejszej umowy Zamawiający nie będzie mógł korzystać z urządzenia będącego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z jej przeznaczeniem w zakresie leczenia w następstwie czego nie osiągnie spodziewanych przychodów z prowadzonej diagnostyczno-leczniczej, które by osiągnął, gdyby mógł korzystać z urządzenia w przypadku terminowego wykonania napraw gwarancyjnych;
- c) gdy w trakcie prac prowadzonych podczas instalacji urządzenia po jego dostawie bądź później w związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, na skutek wadliwego wykonania prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia urządzenia, jego wadliwego zainstalowania lub podłączenia do istniejących u Zamawiającego sieci, bądź wadliwego uruchomienia, urządzenie nie będzie funkcjonowało lub będzie funkcjonowało w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający Zamawiającemu wykonanie zadań w zakresie leczenia, w następstwie czego Zamawiający nie osiągnie spodziewanych przychodów z prowadzonej działalności diagnostyczno-leczniczej, które by osiągnął, gdyby mógł właściwie korzystać z urządzenia w przypadku prawidłowego wykonania w/w prac przez Wykonawcę.

§9

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:

Zamawiający wyznacza koordynatorów w osobie Roberta Tomaszewskiego, który będzie współpracować z przedstawicielem Wykonawcy, którym jest: w zakresie całokształtu działań związanych z wykonaniem postanowień niniejszej umowy. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dopuszczalna. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy, a dla jej ważności wymagana jest forma pisemna.

§ 10

Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze zapis: „Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być przedmiotem ich dalszej sprzedaży, jak również cesji lub przelewu bez pisemnej zgody Zamawiającego” oraz zapis, że „Sprzedaż dotyczy wykonania umowy nr/2020/ z dnia

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie zmiany w umowie wymagają uzgodnienia i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA