

**SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

2020-09-20-001

**PRZETARG NIEOGRANICZONY
DOSTAWA MAMMOGRAFU CYFROWEGO**

CPV: 33111800 – 9 (diagnostyczny system rentgenowski)

1. Zamawiający:

Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska
Ul . Marsz. Józefa Piłsudskiego 47
66-400 Gorzów Wlkp.
telefon: 95 7814 700
Tel kom. 600 832 351
NIP 599-111-21-96
Strona internetowa Zamawiającego : www.nzoz-panoramix.pl
e-mail : nzoz_panoramix@interia.pl
Godziny urzędowania administracji: 9.00 – 15.00

zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym.

PRZETARG OGŁOSZONO:

1. w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego
2. na stronie internetowej: www.nzoz-panoramix.pl

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy.

3. Przedmiot zamówienia

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa mammografu cyfrowego.
- 3.2. Wykonawca może zaferować wyłącznie wyroby, które zostały dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186).
- 3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
- 3.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
- 3.5. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
- 3.6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- 3.7. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
- 3.8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 3.9. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających (art. 67 ust. 1 pkt. 6-7).

4. Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności

- 4.1. Termin dostawy aparatu do siedziby Zamawiającego wynosi maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia **29.11.2020r.** wraz z wystawieniem faktury.
- 4.2. Montaż, uruchomienie i protokolarne przekazanie urządzenia: do 10 dni po dostawie aparatu.
- Szkolenie obsługowe personelu medycznego w ramach zakupu urządzenia (w dwóch terminach) po uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającego wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytych szkoleniu, min. 2 dni.
 - Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji, obsługi oraz podstawowych napraw wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytych szkoleniu w siedzibie zamawiającego (podczas montażu aparatu).
- 4.3. Faktury po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia zostaną wystawione osobno za aparat oraz osobna pozycja za: dostawę, instalację i uruchomienie aparatu, testy specjalistyczne, projekt osłon stałych, integracji oraz innych czynności niezwiązanych z zakupem aparatu.
- 4.3. Termin płatności wynosi łącznie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur.

5. Warunki udziału w postępowaniu

- 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- 1) nie podlegają wykluczeniu;
 - 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 - a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
 - Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie.
 - b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
 - Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie.
 - c) zdolności technicznej lub zawodowej.
 - Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku udziału w Postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie.
- 5.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 5. 1. 2) lit. b-c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Kwestię polegania na zasobie podmiotu trzeciego reguluje szczegółowo art. 22a ust.1-6 ustawy.
- 5.3. W przedmiotowym postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

- 6.1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 6.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 6.1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:
 - a. warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1) ustawy, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać samodzielnie.
 - b. warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, w zakresie opisanym przez Zamawiającego, powinien spełniać co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo wszyscy Wykonawcy wspólnie.
- 6.3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 6. 1 niniejszej SIWZ.
- 6.4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 6. 1 niniejszej SIWZ.
- 6.5. Zamawiający zastosuje procedurę, o której mowa w **art. 24 aa** ustawy Pzp.
- 6.6. Do Wykonawców (w tym osób fizycznych i prawnych) mających miejsce zamieszkania lub siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zastosowanie mają regulacje z § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. Nr 1126).
- 6.7. Wykonawca w **terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaze zamawiającemu oświadczenie o przynależność i lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 6.8. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 6. 1. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym chyba, że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu, albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

7. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- 7.1. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 7.2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
- 7.3. Treść pytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego, na której jest udostępniona SIWZ.

- 7.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 7.5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
- Uwaga - Oryginał dokumentu przesłanego drogą elektroniczną należy niezwłocznie przesłać pocztą lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście.**
- 7.6. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie należy przesłać na adres:
- Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska
ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 47, 66-400 Gorzów Wlkp.***
- 7.7. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: nzoz_panoramix@interia.pl
- 7.8. Osoba uprawniona do kontaktu z Wykonawcami:
Robert Tomaszewski tel.604 387 632
w godz. 8.00 – 20.00
- 7.9. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości porozumiewania się za pomocą faksu.
- 7.10. Zamawiający żąda potwierdzenia otrzymania każdej przesyłki elektronicznej.
- 7.11. W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji za pomocą poczty elektronicznej Zamawiający uzna, iż korespondencja dotarła czytelna do Wykonawcy w dniu i godzinie jej nadania (zgodnie z raportem poczty elektronicznej).

8. Kary finansowe

9. Termin związania ofertą

- 9.1. Termin związania ofertą upływa po **30 dniach** od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10. Opis sposobu przygotowania oferty

- 10.1. **Oferta** musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
- wypełniony **formularz ofertowy** – załącznik nr 1 do SIWZ;
 - wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia;
 - **oświadczenia** wymienione w rozdziale 6 SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ;
 - **aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
 - w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne **pełnomocnictwo** w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie.
- 10.2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- 10.3. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
- 10.4. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 10.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona ściśle według postanowień Specyfikacji.
- 10.6. Oferta musi być napisana czytelnie - wskazany maszynopis lub wydruk komputerowy.
- 10.7. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i złączone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) musi być opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy.
- 10.8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
- 10.9. Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.
- 10.10. W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez Zamawiającego wymagane jest, aby stanowiły one odrębną część nie złączoną z ofertą.
- 10.11. **Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia materiałów informacyjnych uwiarygodniających podane informacje techniczne (katalogi, opisy, foldery itp.) w języku polskim, na podstawie, których Zamawiający będzie mógł bezspornie zidentyfikować oferowany asortyment oraz zapoznać się z jego parametrami technicznymi, użytkowymi, itp. (wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy).**

11. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- 11.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:

**Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska
Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 47
Oferta w postępowaniu: „Dostawa mammografu cyfrowego ”
nr sprawy: 2020-09-20-001
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 01.10.2020 roku godz. 10:00**

- 11.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie firmy **Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska ul Marsz. Józefa Piłsudskiego 47 66-400 Gorzów Wlkp.** nie później niż **do dnia 30.09.2020 roku do godz. 18.00.**
- 11.3. Otwarcie ofert nastąpi dnia **01.10.2020 roku o godz. 10.00** w siedzibie Zamawiającego w **Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska ul Marsz. Józefa Piłsudskiego 47 66-400 Gorzów Wlkp.** Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
- 11.4. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po ustalonym terminie, będą odsyłane bez otwierania.
- 11.5. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
- 11.6. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.nzoz-panoramix.pl
 - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ceny pozostałych warunków, które podlegają ocenie.

12. Opis sposobu obliczenia ceny

- 12.1 Cenę oferty należy ująć w formularzu ofertowym podając ją cyframi i słowem w złotych polskich.
- 12.2. Cena brutto przedstawiona przez Wykonawcę w formularzu ofertowym musi obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki Wykonawcy niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej specyfikacji.
- 12.3. Cena oferty przedstawiona przez Wykonawcę musi być kompletna, jednoznaczna i ostateczna, zawierająca podatek VAT naliczony zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Cena podana w formularzu ofertowym nie może ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego w czasie trwania umowy. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązku Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
- 12.4. Rozliczenie za wykonane zamówienie odbywać się będzie w walucie PLN.
- 12.5. Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

13. Kryteria i ocena ofert

- 13.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| <i>Kryteria</i> | <i>Waga</i> | <i>Punktacja</i> |
|------------------|-------------|-------------------|
| CENA BRUTTO | 60% | skala 0 – 60 pkt. |
| OCENA TECHNICZNA | 40% | skala 0 – 40 pkt. |

- 13.2. Punktacja w kryterium **CENA** zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w następujący sposób

$$C = \frac{\text{najniższa cena spośród ocenianych ofert}}{\text{cena oferty badanej}} \times 60$$

Gdzie:

C – punkty za kryterium CENA przyznane badanej ofercie

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone oraz gdy Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.

- 13.3. Punktacja w kryterium **OCENA TECHNICZNA** waga = 40% (40 pkt.) sposób oceny:

Ilość otrzymanych przez badaną ofertę X ranga 40%.

- 13.4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny łącznie.
- 13.5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione powyżej kryteria.
- 13.6. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 1 – 3 ustawy.
- 13.7. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy.

14. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15. Zawarcie umowy

- 15.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) lub ust. 2 pkt. 1a).
- 15.2. Umowa zostanie sporządzona zgodnie z projektem Zamawiającego, stanowiącego załącznik do SIWZ.
- 15.3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z uwarunkowań zewnętrznych, niezależnych od stron umowy oraz na warunkach określonych w umowie, zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia zamówienia.
- 15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

16. Środki ochrony prawnej

- 16.1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
- 16.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

17. Informacyjna z art. 13 RODO

- 17.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - a) **administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska z siedziba w Gorzowie Wlkp. ul Marsz. Józefa Piłsudskiego 47**
 - b) inspektorem ochrony danych osobowych w Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska jest Łukasz Tomaszewski , kontakt: tel. 662 962436, e-mail: nzoz_panoramix@interia.pl
 - c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 - d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;
 - e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania

umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, umowy 10 lat od dnia rozwiązania umowy;

- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych¹;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO²;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

18. Zawarcie umowy

- 18.1. Zamawiający określi termin po upływie, którego będzie z Wykonawcą wyłonionym w trakcie przeprowadzonego postępowania zawarta umowa.
- 18.2. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacom.
- 18.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez wprowadzania ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

19. Uwagi końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

19. Załączniki

Integralną częścią specyfikacji są załączniki:

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1;
2. Opis przedmiotu zamówienia – zał. nr 2;
3. Oświadczenie – zał. nr 3;
4. Oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej – zał. nr 4;
5. Projekt umowy – zał. nr 5.

¹ Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników

² Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

| FORMULARZ OFERTOWY | |
|--|---|
| Przedmiot zamówienia | DOSTAWA MAMMOGRAFU CYFROWEGO |
| Zamawiający | PANORAMIX USŁUGI RADIOLOGICZNE EWA TOMASZEWSKA Ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 47 , 66-400 Gorzów Wlkp. |
| Oferent – pełna nazwa Oferenta, adres, | |
| NIP | |
| REGON | |
| tel., fax. | |
| e-mail | |
| Ad. 1 OFEROWANA WARTOŚĆ ZA APARAT WRAZ Z NIEZBĘDNYM WYPOSAŻENIEM w PLN | wartość netto: słownie: wartość brutto: słownie: VAT% |
| Ad. 2 OFEROWANA WARTOŚĆ ZA DOSTAWĘ, INSTALACJĘ I URUCHOMIENIE APARATU, TESTY SPECJALISTYCZNE, PROJEKT OSŁON STAŁYCH, INTEGRACJĘ ORAZ INNE CZYNNOŚCI NIEZWIĄZANE Z ZAKUPEM APARATU w PLN | wartość netto: słownie: wartość brutto: słownie: VAT% |
| Oferowana wartość brutto łącznie(Ad.1+Ad.2) w PLN (podlega ocenie) | wartość brutto: słownie: |
| Okres gwarancji | 60 MIESIĘCY |
| Termin realizacji zamówienia | Max 60 dni od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 29.11.2020r. wraz z wystawieniem faktury. |

| | |
|--|--|
| OŚWIADCZENIA: | |
| 1) | zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą; |
| 2) | w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; |
| 3) | zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte; |
| 4) | uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie z tym dniem); |
| 5) | uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty, |
| 6) | proponowany przez nas przedmiot zamówienia jest zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego |
| 7) | w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy w terminie i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |
| ZOBOWIĄZANIA W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA: | |
| 1) | zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; |
| 2) | osobą upoważnioną do podpisywania umowy jest:..... |
| e-mail:..... | tel.; |
| 3) | osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:..... |
| e-mail:..... | tel.; |
| PODWYKONAWCY: | |
| Podwykonawcom zamierzam powierzyć poniższe części zamówienia, (należy podać dane proponowanych podwykonawców i zakres prac): | |
| | |
| Oświadczamy, że oferta: zawiera / nie zawiera* <i>(niepotrzebne skreślić)</i> na str. oferty informacje, które stanowią TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego oraz są zabezpieczone w sposób opisany w SIWZ i zawierają uzasadnienie ich zastrzeżenia. | |
| Należymy do grupy małych i średnich przedsiębiorstw (właściwe zaznaczyć) | |
| <input type="checkbox"/> | TAK |
| <input type="checkbox"/> | NIE |

.....dnia.....

.....
 podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu
 Wykonawcy)

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca | Punktacja |
|--|--|--------------------|---|----------------|
| MAMMOGRAF CYFROWY | | | | |
| I WYMAGANIA OGÓLNE | | | | |
| 1. | Oferowany model aparatu / producent / kraj pochodzenia | Podać | | Bez punktacji |
| 2. | Aparat fabrycznie nowy - rok produkcji 2020 r., mammograf dedykowany do skryningu oraz diagnostyki spełniający wymagania polskiego prawa | TAK podać | | Bez punktacji |
| 3. | Konstrukcja mammografu musi umożliwiać wykonywanie badań min 15 pacjentów/godzinę (optymalnie dobrane właściwości cieplne lampy RTG i detektora) | TAK | | Bez punktacji |
| 4. | Mammograf wysokiej klasy – min. detektor lub lampa rtg produkowany przez producenta oferowanego mammografu | TAK | | Bez punktacji |
| II GENERATOR WYSOKIEGO NAPIĘCIA | | | | |
| 5. | Generator wysokoczęstotliwościowy | TAK | | Bez punktacji |
| 6. | Moc wyjściowa generatora min. 5 kW | TAK (podać) | | Bez punktacji |
| 7. | Zakres wysokiego napięcia | Min. 25 - 35 kV | | Bez punktacji. |
| 8. | Dokładność regulacji napięcia, skok max. co 1 kV | TAK | | Bez punktacji |
| 9. | Maksymalna wartość ekspozycji w mAs | Min. 500 mAs | | Bez punktacji |
| 10. | Cyfrowe wyświetlanie parametrów ekspozycji, tj. kV, mAs, filtr | TAK | | Bez punktacji |
| 11. | Tryb automatyczny i manualny wyboru parametrów ekspozycji | TAK | | Bez punktacji |
| III LAMPA RTG | | | | |
| 12. | Anoda dwukątowa | TAK | | Bez punktacji |
| 13. | Pojemność cieplna anody | Min. 160 kHU | | Bez punktacji |
| 14. | Wielkość nominalna małego ogniska wg IEC60336 | Max. 0,1 mm | | Bez punktacji |
| 15. | Wielkość nominalna dużego ogniska wg IEC60336 | Max. 0,3 mm | | Bez punktacji |

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca | Punktacja |
|--------------------------------|---|--|---|--|
| IV AUTOMATYKA | | | | |
| 16. | Automatyka kontroli ekspozycji AEC - w pełni automatyczny wybór najgęstsze regionu ze skanu pola detektora | TAK, opisać | | Bez punktacji |
| 17. | Dobór parametrów ekspozycji na podstawie gęstości radiologicznej tkanki | TAK | | Bez punktacji |
| 18. | Automatyczna kontrola kompresji | TAK | | Bez punktacji |
| 19. | Ręczna kontrola kompresji | TAK | | Bez punktacji |
| 20. | Automatyczne zwolnienie ucisku po ekspozycji | TAK | | Bez punktacji |
| 21. | Możliwość dekompresji pacjentki w przypadku awarii systemu (manualna lub automatyczna) np. zaniku napięcia zasilającego | TAK, opisać | | Bez punktacji |
| V STATYW MAMMOGRAFICZNY | | | | |
| 22. | Statyw wolnostojący | TAK | | Bez punktacji |
| 23. | Zakres ruchu głowicy w pionie (mierzony na górnej powierzchni detektora przy głowicy ustawionej pionowo) | Min. 69 – 131 cm (wysokość stolika od podłogi) | | położenie górnej powierzchni detektora < 69 cm – 1 pkt. położenie górnej powierzchni detektora ≥69 cm– 0 pkt. |
| 24. | Zmotoryzowany obrót głowicy | TAK | | Bez punktacji |
| 25. | Zakres obrotu głowicy | min. 360° | | Bez punktacji |
| 26. | Możliwość ustawienia głowicy w pozycji -180° (detektor na górze, lampa na dole) | TAK | | Bez punktacji |
| 27. | Odległość ognisko - detektor obrazu | Min. 65 cm | | Bez punktacji |
| 28. | Zestaw do zdjęć powiększonych min. o współczynniku powiększenia 1,5x | TAK | | Jeden współczynnik powiększenia – 0 pkt Min. 2 współczynniki powiększenia – 1 pkt |
| 29. | Sterowanie ruchem płytki dociskowej góra/dół oraz ruchu głowicy góra/dół ręcznie (przyciski lub/i pokrętła) oraz przy pomocy przycisków nożnych (dwa zestawy przycisków nożnych). | TAK | | Bez punktacji |

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca | Punktacja |
|------|--|--------------------|---|----------------------------|
| | Możliwość dodatkowej korekty ucisku przy pomocy pokrętła | | | |
| 30. | Osłona twarzy pacjentki | TAK | | Bez punktacji |
| 31. | Automatyczne przejście do kolejnej projekcji (ruch obrotowy) i jednocześnie automatyczne dopasowanie wysokości detektora (ruch pionowy) do kolejnej projekcji (np. z LCC do LMLO) po naciśnięciu jednego przycisku | TAK/NIE | | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 32. | Komplet płytek do kompresji dla wszystkich formatów ekspozycji (łącznie z powiększeniem): <ul style="list-style-type: none"> • min. 18x23 cm dwie sztuki lub jedna kompletna płytka wraz z dodatkowym wymiennym wkładem płytki • min. 23x29 cm- dwie sztuki lub jedna kompletna płytka wraz z dodatkowym wymiennym wkładem płytki • docisk/dociski do zdjęć powiększonych, celowanych | TAK | | Bez punktacji |
| 33. | Płytki kompresyjna o wymiarach 18x23 (+-/-1) cm (zgodna z wymiarem małego formatu obrazowania) z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora i dostosowaniem pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora | TAK | | Bez punktacji |
| 34. | Płytki kompresyjna o powierzchni docisku 10x24(+/-1) cm z możliwością przesuwania wzdłuż dłuższej krawędzi detektora i dostosowaniem pola kolimacji wzdłuż dłuższej krawędzi detektora przeznaczona do obrazowania małych piersi oraz piersi z implantami. | TAK | | Bez punktacji |

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca | Punktacja |
|--|--|---------------------------|---|---|
| VI DETEKTOR CYFROWY | | | | |
| 35. | Detektor cyfrowy oparty na amorficznym półprzewodniku o wymiarach min. 23 cm x 29 cm, oraz formatach obrazowania min. 18x23 cm oraz min. 23x29 cm, | TAK | | Bez punktacji |
| 36. | Detektor oparty na technologii zapewniający gotowość do pracy zaraz po uruchomieniu systemu (brak konieczności oczekiwania na stabilizację/kalibrację detektora) | TAK | | Bez punktacji |
| 37. | Czas pomiędzy zakończeniem ekspozycji a wyświetleniem obrazu na monitorze | Max. 10 s | | Bez punktacji |
| 38. | Rozmiar piksela | Max. 100 µm | | Bez punktacji |
| 39. | Zakres dynamiki | Min. 14 bit | | Bez punktacji |
| 40. | Współczynnik DQE dla 0.5 lp/mm | Min. 70% | | Bez punktacji |
| 41. | Kratka przeciwozproszeniowa - zapewniająca redukcję promieniowania rozproszonego | TAK | | Bez punktacji |
| 42. | Czas pomiędzy ekspozycjami diagnostycznymi | Max. 10 s, podać | | Najkrótszy czas – 1 pkt; Pozostałe wartości – 0 pkt |
| 43. | Grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej - ważna w celu poprawy dokładności / ergonomii pozycjonowania pacjentów | Max. 70mm Podać [mm] | | Najmniejsza grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej – 1 pkt; Pozostałe grubość stolika detektora od strony klatki piersiowej – 0 pkt |
| VII KONSOLA TECHNIKA - STACJA AKWIZYCYJNA | | | | |
| 44. | Monitor, komputer, klawiatura obsługowa, mysz, pulpit ekspozycji (stanowisko - konsola technika) | TAK | | Bez punktacji |
| 45. | Szyba ochronna dla operatora | Ekwiwalent min. 0,5 mm Pb | | Bez punktacji |
| 46. | Monitor obsługowy dla technika - LCD min. 21” (1920x1080 piksele) | TAK | | Bez punktacji |
| 47. | Pamięć operacyjna RAM | Min. 4 GB | | Bez punktacji |

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca | Punktacja |
|--|---|--|---|-----------------|
| 48. | Dysk twarde do archiwizacji obrazów | Min. 1 TB | | . Bez punktacji |
| 49. | Nagrywarka umożliwiająca zapis obrazów na CD i / lub DVD oraz USB w formacie DICOM | TAK | | Bez punktacji |
| 50. | Wyświetlanie zdjęcia podglądowego każdorazowo po wykonaniu projekcji mammograficznej z możliwością akceptacji bądź odrzucenia | TAK | | Bez punktacji |
| 51. | Interfejs sieciowy z funkcjonalnościami : - DICOM Store - DICOM Storage Commitment - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - Modality Performed Procedure | TAK TAK TAK TAK TAK | | Bez punktacji |
| 52. | Funkcje: - powiększenie - pomiary długości - dodawanie tekstu do obrazu - pomiar średniej wartości pikseli i odchylenia standardowego w ROI - nanoszenie znaczników mammograficznych w postaci graficznej i/lub literowej bezpośrednio z klawiatury obsługowej | TAK TAK TAK TAK TAK TAK | | Bez punktacji |
| 53. | Możliwość manualnego wprowadzenia danych demograficznych pacjenta i pobrania tych informacji z systemu HIS/RIS i połączenie ich z obrazem cyfrowym | TAK | | Bez punktacji |
| VIII STANOWISKO OPISOWO - OBRAZOWE DLA RADIOLOGA 1 SZT. | | | | |
| 54. | Stanowisko obrazowo – opisowe | TAK | | Bez punktacji |
| 55. | System operacyjny | Podać typ i środowisko | | Bez punktacji |
| 56. | Pamięć operacyjna RAM | Min. 32 GB | | Bez punktacji |
| 57. | Pojemność dysku twardego dla obrazów, | Min. 1 TB | | Bez punktacji |
| 58. | Komputer, mysz, klawiatura komputerowa | TAK | | Bez punktacji |

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca | Punktacja |
|------|--|--------------------|---|---------------|
| 59. | Prezentacja obrazów z mammografii,, rezonansu magnetycznego USG | TAK | | Bez punktacji |
| 60. | Dwa sparowane diagnostyczne monitory obrazowe LCD wysokiej klasy - przekątna monitora min. $\geq 21''$, - kalibracja w standardzie DICOM - monitory parowane, - prezentacja obrazu w pionie, - rozdzielczość każdego monitora min. 5 MP jasność każdego monitora $\geq 500 \text{ cd/m}^2$ | TAK | | Bez punktacji |
| 61. | Monitor LCD do wprowadzania opisów min 21'' | TAK | | Bez punktacji |
| 62. | Oprogramowanie umożliwiające min.: - automatyczne umieszczanie na dwóch monitorach 5 Mx - obrazów CC bok do boku oraz projekcji MLO piersi lewej po stronie prawej, a piersi prawej po stronie lewej - jednoczesną prezentację kompletu czterech obrazów mammograficznych jednej pacjentki - porównywanie badania mammograficznego obecnego z wcześniejszym, także wykonanego na sprzęcie od różnych producentów - oglądanie obrazów w pełnej rozdzielczości | TAK | | Bez punktacji |
| 63. | Oprogramowanie obsługowe – postprocessing | TAK, opisać | | Bez punktacji |
| 64. | Opcje postprocessingowe umożliwiające i zawierające min: - zmianę okna obrazowego (wyświetlania) - odwrócenie skali szarości - oznaczanie obszarów zainteresowania | TAK | | Bez punktacji |
| 65. | Oddzielna klawiatura obsługowa dedykowana do | TAK, opisać | | Bez punktacji |

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca | Punktacja |
|-------------------------------|---|--------------------|---|---------------|
| | przeglądania obrazów z badań mammograficznych | | | |
| 66. | Interfejs sieciowy z funkcjonalnością: - DICOM Send/Recive, - DICOM Store - DICOM Modality Worklist - DICOM Basic Print, - DICOM Query/Retrieve, | TAK | | Bez punktacji |
| 67. | Zmiana okna /przesunięcie /powiększenie obrazu. | TAK | | Bez punktacji |
| 68. | Oglądanie obrazu w pełnej rozdzielczości. | TAK | | Bez punktacji |
| 69. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK | | Bez punktacji |
| IX POZOSTAŁE WYMAGANIA | | | | |
| 70. | Aktualne certyfikaty i/lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm lub dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE oraz ustawy o wyrobach medycznych (zgłoszenia, powiadomienia lub przeniesienia). CE (podać nr certyfikatu) załączyć kopię. Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych (podać numer) załączyć kopię (jeżeli dotyczy wyrobu). | TAK | | Bez punktacji |
| 71. | Instrukcja obsługi, użytkowania oraz konserwacji i dezynfekcji w języku polskim (w formie wydrukowanej i elektronicznej) przy dostawie Skrócona instrukcja przy urządzeniu –po 1 egz. | TAK | | Bez punktacji |
| 72. | Dokumentacja techniczna, wyspecyfikowane parametry systemu w języku polskim | TAK | | Bez punktacji |
| 73. | Szkolenie obsługowe i zakresu testów podstawowych personelu medycznego, fizyka medycznego oraz obsługi technicznej w ramach zakupu urządzenia (w pięciodniowych | TAK | | Bez punktacji |

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca | Punktacja |
|------|--|--------------------|---|---------------|
| | terminach), po bezwzględny uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającym wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytych szkoleniu min. 5 dni | | | |
| 74. | Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji oraz przekazanie podstawowych informacji technicznych wraz z wydaniem zaświadczenia o przebytych szkoleniu w siedzibie zamawiającego w trakcie montażu aparatu. | TAK | | Bez punktacji |
| 75. | W przypadku zmiany posadowienia aparatu, uzupełnienie brakującej wykładziny | TAK | | Bez punktacji |
| 76. | W pracowni znajduje się przyłączy sieci elektrycznej, w przypadku innej konfiguracji, wymiana przyłączy, Zamawiający umożliwia wizję lokalną | TAK | | Bez punktacji |
| 77. | W pracowni i opisowni znajdują się przyłączy sieci komputerowej | TAK | | Bez punktacji |
| 78. | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji. | TAK | | Bez punktacji |
| 79. | Zestaw fantomów sprzęt do prowadzenia systemu jakości w zakresie testów podstawowych, zgodny z RMZ z dnia 03.04.2017r. tekst jednolity zał.6 - fantomy z PMMA o grubości 2 cm; 4,5 cm (jednorodny do oceny artefaktów) i 6,5 – 7cm (o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi detektora każdy) - fantom o jednorodnej strukturze siatki o oczku około 1 cm (o rozmiarze odpowiadającym rozmiarowi detektora) - fantom anatomiczny imitujący: włókna o średnicach min. 0,75 mm; mikrozwapnienia o średnicach min. 0,32 mm; | TAK | | Bez punktacji |

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca | Punktacja |
|------|--|--------------------|---|---------------|
| | masy lite o grubościach min. 0,75 mm - waga dynamiczna do pomiaru siły kompresji | | | |
| 80. | Demontaż i utylizacja posiadanego aparatu wraz wydaniem stosownych dokumentów w uzgodnieniu z Zamawiającym | TAK | | Bez punktacji |
| 81. | Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 60 miesięcy | TAK | | Bez punktacji |
| 82. | W okresie gwarancji min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny w roku | TAK | | Bez punktacji |
| 83. | Termin dostawy do siedziby Zamawiającego max 60 dni od podpisania umowy, nie później niż do 29.11.2020r. wraz z wystawieniem faktury. Montaż, uruchomienie i protokolarne przekazanie do 10 dni po dostawie aparatu. | TAK | | Bez punktacji |
| 84. | Po zamontowaniu system kompletny, gotowy do integracji z systemem informatycznym Zamawiającego PACS/RIS (Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami), nie wymagający żadnych dodatkowych kosztów. | TAK | | Bez punktacji |
| 85. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) max 12 godz. w dni robocze | TAK | | Bez punktacji |
| 86. | Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) max 2 dni robocze | TAK | | Bez punktacji |
| 87. | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) max 5 dni roboczych | TAK | | Bez punktacji |
| 88. | Sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach w okresie trwania umowy gwarancyjnej i w okresie pogwarancyjnym | TAK | | Bez punktacji |
| 89. | Projekt osłon stałych (Zamawiający dysponuje projektem na aktualnie | TAK | | Bez punktacji |

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametr oferowany / wypełnia Wykonawca | Punktacja |
|------|---|--------------------|---|---------------|
| | posiadany aparat-dokumentacja do wglądu) | | | |
| 90. | Zabezpieczenie serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres minimum 10 lat | TAK | | Bez punktacji |
| 91. | Paszport techniczny przy dostawie | TAK | | Bez punktacji |
| 92. | Wykonanie testów odbiorczych i specjalistycznych przez akredytowaną firmę wraz z wydaniem stosownego protokołu, | TAK | | Bez punktacji |
| 93. | Uchwyty ściennie dedykowane do ucisków | TAK | | Bez punktacji |
| 94. | UPS dobrany mocą do stacji lekarskiej | TAK | | Bez punktacji |
| 95. | Instalacja mammografu do istniejącej sieci elektrycznej w ramach istniejącej mocy o zabezpieczeniu max. 40A | TAK | | Bez punktacji |

UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Pytania dotyczące powyższych parametrów i wymagań muszą odnosić się precyzyjnie do poszczególnych punktów.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów dotyczących aparatu, stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

**OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA /
I SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

Wykonawca:

.....
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

.....
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

DOSTAWA MAMMOGRAFU CYFROWEGO

prowadzonego przez **Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska** oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr postępowania **2020-09-20-001**

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

PONIŻSZE WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA POLEGA NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr postępowania **2020-09-20-001**, polegam na zasobach następującego/yh podmiotu/ów:

....., w

następującym zakresie:

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.

DOSTAWA MAMMOGRAFU CYFROWEGO

prowadzonego przez **Panoramix usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul Marsz Józefa Piłsudskiego 47** oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

PONIŻSZE WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU, GDY ZACHODZĄ PODSTAWY DO WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. Ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

PONIŻSZE WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNEGO PODMIOTU

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:

..... (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

PONIŻSZE WYPEŁNIĆ TYLKO W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA POWOŁUJE SIĘ NA ZASOBY INNEGO PODMIOTU

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt. 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:

..... (podać pełną

nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania

o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

-PROJEKT-

**Umowa nr .../2020/ZP
zawarta w Gorzowie Wlkp. w dniu2020 roku**

pomiędzy:

Panoramix Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska ul Marsz. Józefa Piłsudskiego 47 , 66-400 Gorzów Wlkp
wpisanym do rejestrów wykonujących działalność leczniczą pod numerem **000000021647** prowadzony przez
Wojewodę Lubuskiego

który reprezentuje:

.....**Ewa Tomaszewska**.....

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

.....
.....
wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego KRS – Sąd Rejonowy w

REGON: NIP:

który reprezentuje:

.....
wpisanym do rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej (CEIDG)

REGON: NIP:

który reprezentuje:

.....
zwany dalej Wykonawcą, którego oferta została przyjęta w trybie przetargu nieograniczonego pod hasłem
„**DOSTAWA MAMMOGRAFU CYFROWEGO**” (nr sprawy: **2020-09-20-001**), przeprowadzonego zgodnie z
ustawą Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1843) o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest **dostawa mammografu cyfrowego**, nazwa aparatu:, typ: ...,
model:, rok produkcji:....., o parametrach opisanych w SIWZ (załącznik nr 1 do niniejszej umowy).
2. Oferowany wyrób medyczny winien być dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami tj.
zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.2020.0.186). Dokumenty
dopuszczające oferowany wyrób medyczny do obrotu Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć
Zamawiającemu wraz z podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

§ 2

Termin realizacji

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w następujących terminach:
 - dostawa urządzenia do siedziby Zamawiającego do 60 dni od daty podpisania umowy jednak nie
później niż do dnia 29.11.2020r. wraz z wystawieniem faktury
 - montaż, uruchomienie urządzenia wraz z podzespołami, protokolarne przekazanie urządzenia,
certyfikatów i dopuszczeń do użytku w terminie do 10 dni po dostawie urządzenia.
 - Szkolenie obsługowe personelu medycznego w ramach zakupu urządzenia (w pięciu terminach) po
uzgodnieniu terminu szkolenia z Zamawiającego wraz z wydaniem zaświadczenia o przebyłym
szkoleniu w wymiarze 5 dni.
 - Szkolenie personelu technicznego w zakresie bieżącej konserwacji, obsługi oraz podstawowych
napraw wraz z wydaniem zaświadczenia o przebyłym szkoleniu w siedzibie zamawiającego min. 1
dzień (podczas montażu aparatu).

§ 3

Gwarancja i rękojmia za wady

1. Okres pełnej gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia(zestaw)objęte są 60 miesięczną gwarancją
2. Okres gwarancji liczony będzie od momentu uruchomienia sprzętu i wykonaniu testów akceptacyjnych oraz specjalistycznych.
3. Wykonawca zapewnia, że sprzęt stanowiący przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny, niezutyty, nie ma defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas użytkowania. Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas przestoju aparatu od zgłoszenia naprawy uniemożliwiającej korzystanie z aparatu do dokonania tejże naprawy.
4. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.
5. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki lub wady ukryte wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany na przedmiot wolny od wad lub naprawy niesprawnego sprzętu. Zgłoszenie niesprawności urządzenia przez Zamawiającego winno być dokonane niezwłocznie.
6. Zamawiający poinformuje Wykonawcę faksem, telefonicznie lub drogą elektroniczną o ujawnionych wadach lub usterekach, których usunięcie powinno być dokonane w ramach gwarancji
7. Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako kontakt telefoniczny lub rozpoczęcie interwencji zdalnej) Strony ustalają na maksymalnie 12 godz. w dni robocze.
8. Czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych (rozumiane jako przyjazd serwisu) Strony ustalają na maksymalnie 2 dni robocze.
9. Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) Strony ustalają na maksymalnie 5 dni roboczych.
10. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się wykonać min. 1 nieodpłatny przegląd gwarancyjny w roku
11. Czas skutecznej naprawy nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych przy naprawach bez użycia części zamiennych 5 dni roboczych przy użyciu części zamiennych oraz 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z poza Unii Europejskiej od momentu zgłoszenia wady.
12. W przypadku odmowy usunięcia wad lub też nieusunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może powierzyć usunięcie wad innemu autoryzowanemu serwisowi na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uzyskania zgody Sądu.
13. Wykonawca zobowiązuje się do zabezpieczenia serwisu w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym na okres 10 lat
14. Za działania firm serwisowych, działających na zlecenie Wykonawcy, wobec Zamawiającego, Wykonawca odpowiada, jak za działania własne.
15. Gwarancją nie są objęte:
 - 1) Uszkodzenia i wady dostarczonego sprzętu wynikłe:
 - a) na skutek eksploatacji niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowaniem się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,
 - b) na skutek samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby,
 - 2) uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi takimi jak pożar, powódź, zalanie itp.

§ 4

Warunki dostawy i odbioru

1. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamówione urządzenie do siedziby Zamawiającego tj. Panoramax Usługi Radiologiczne Ewa Tomaszewska ul Marsz. Józefa Piłsudskiego 47 , 66-400 Gorzów Wlkp. na swój koszt i ryzyko.
2. Wykonawca zawiadomi pisemnie przedstawiciela Zamawiającego o planowanym terminie dostawy przedmiotu umowy, nie później niż na 2 dni robocze przed tym terminem.

3. Protokolarne przekazanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy i odbioru urządzenia oraz po jego zainstalowaniu i uruchomieniu.
4. Warunkiem podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo – odbiorczego przez obie strony jest:
 - a) wykonanie testów akceptacyjnych, specjalistycznych,
 - b) wykonanie prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia aparatu oraz jego zainstalowanie wraz z wykonaniem wszystkich wymaganych prób, pomiarów, w tym wykonania pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i przedstawienia w formie Protokołu Ochrony Przeciwporażeniowej, wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych.
 - c) Demontaż i utylizacja zamontowanego aparatu Mammomat 3000 NOVA firmy Siemens
 - d) wszelka dokumentacja (protokoły, testy, certyfikaty, instrukcja obsługi, konserwacji i dezynfekcji itp. winna być sporządzona w języku polskim, musi być dostarczona przed terminem odbioru przedmiotu umowy.
5. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości przekazania przedmiotu umowy na 2 dni robocze przed planowanym terminem odbioru przedmiotu umowy.
6. Odbiory:
 - a) Odbiór częściowy obejmuje dostawę aparatu,
 - b) Odbiór końcowy obejmuje odbiór urządzenia, odbioru końcowego dokona komisja powołana przez Zamawiającego, po zgłoszeniu gotowości do odbioru przez Wykonawcę,
 - c) z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół zdawczo-odbiorczy,
 - d) jeżeli w trakcie odbioru stwierdzone zostaną usterki – Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie i czasie ustalonym przez strony do ich usunięcia,
 - e) Zamawiający ma prawo odmówić odbioru przedmiotu zamówienia, jeżeli wystąpią wady uniemożliwiające użytkowanie przedmiotu zamówienia, nie spełniają ustalonych parametrów technicznych, aparat posiada ślady użytkowania lub zewnętrznego uszkodzenia, a Zamawiający nie usunie stwierdzonych wad lub nieprawidłowości w dodatkowym terminie ustalonym przez Strony, nie krótszym niż 5 dni roboczych.
7. W ramach przedmiotowej umowy Wykonawca nieodpłatnie wykona demontaż i zutylizuje posiadany przez Zamawiającego aparat.

§ 5

Ochrona danych osobowych

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), jak również zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze zm..) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 poz. 742), w tym w szczególności do:
 - a) ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw o ochronie danych osobowych oraz spełni wymagania określone w przepisach wykonawczych,
 - b) przetwarzania powierzonych informacji i danych osobowych jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania Umowy,
 - c) zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy,
 - d) niezwłocznego zwrotu wszelkich zawierających dane osobowe nośników danych powierzonych do przetwarzania w związku z realizacją Umowy oraz trwałego zniszczenia wszystkich kopii dokumentów i zapisów na wszelkich nośnikach, zawierających powierzone dane – jeśli nośniki te nie podlegają zwrotowi do Zamawiającego, po rozwiązaniu niniejszej Umowy,
 - e) niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdym przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.
3. Zachowanie poufności informacji, o których mowa w ust. 2 obowiązuje Wykonawcę także po rozwiązaniu umowy. Naruszenie obowiązku ochrony danych, powoduje odpowiedzialność Wykonawcy za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz stanowi

podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia.

4. Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o czynnościach kontrolnych podjętych wobec niego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz o wynikach takiej kontroli, jeżeli jej zakresem objęto dane osobowe powierzone Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy.

§ 6

Warunki płatności:

1. Zamawiający, zgodnie z wybraną ofertą, zapłaci Wykonawcy łącznie **kwotę brutto zł**, (słownie:),
w tym:
 - **za aparat wraz z niezbędnym wyposażeniem:**
kwotę brutto zł, (słownie:)
kwotę nettozł (słownie:)
VAT ... %
 - **za dostawę, instalację i uruchomienie aparatu, testy specjalistyczne, projekt osłon stałych, integracji oraz innych czynności niezwiązanych z zakupem aparatu:**
kwotę brutto zł, (słownie:)
kwotę nettozł (słownie:)
VAT ... %
2. Faktury po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia, zostaną wystawione osobno za aparat oraz osobna pozycja za: dostawę, instalację i uruchomienie aparatu, testy specjalistyczne, projekt osłon stałych, integracji oraz innych czynności niezwiązanych z zakupem aparatu.
3. Termin płatności wynosi łącznie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur.
4. Wartość zamówienia obejmuje wszystkie koszty związane z jego realizacją, łącznie z transportem, rozładunkiem, instalacją, uruchomieniem, przeszkoleniem personelu oraz ubezpieczeniem do chwili odbioru sprzętu przez Zamawiającego, w szczególności koszty:
 - a) wyposażenia w niezbędne elementy konieczne do uruchomienia i pracy systemów,
 - b) transportu i rozładunku,
 - c) przetransportowania urządzenia do właściwych pomieszczeń,
 - d) ustawienia,
 - e) wykonanie projektu osłon stałych
 - f) wykonania testów akceptacyjnych i specjalistycznych i przekazanie ich użytkownikowi w postaci protokołu,
 - g) prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia urządzenia,
 - h) zainstalowania,
 - i) podłączenia do istniejących u Zamawiającego sieci komputerowej i archiwizacji,
 - j) uruchomienia i przeprowadzenia testów sprawdzających,
 - k) dostarczenia instrukcji obsługi w języku polskim w postaci papierowej i elektronicznej,
 - l) wykonania dokumentacji powykonawczej montażowo-instalacyjnej i przekazania jej użytkownikowi w formie papierowej i elektronicznej,
 - m) ewentualnych napraw gwarancyjnych,
 - n) przeszkolenia personelu Zamawiającego,
 - o) należne opłaty wynikające z polskiego prawa podatkowego i celnego.
5. W przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia, Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia ustawowych odsetek.
6. Strony ustalają, że za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego

§ 7

Szkolenie pracowników Zamawiającego

Strony zgodnie ustalają, że w ramach ceny przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona przeszkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego:

- a) szkolenia dla personelu medycznego oraz technicznego będą odbywać się w pięciu terminach, począwszy od momentu uruchomienia urządzenia (łącznie 5 dni po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym).

- b) z odbytych szkoleń Wykonawca wystawi każdemu uczestnikowi certyfikat potwierdzający uzyskanie określonych uprawnień.

§ 8

Kary umowne

1. Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przysługiwać będą kary umowne:
 - 1) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
 - 2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
 - a) za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,
 - b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy lub w okresie gwarancji, w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
 - c) za nie dostarczenie dokumentów, a także w przypadku naruszeń postanowień §7 niniejszej umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,
 - d) za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.
2. Niezależnie od nałożonych kar umownych Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. W przypadku wyrządzenia Zamawiającemu szkody jej naprawienie przez Wykonawcę obejmować będzie:
 - 1) rzeczywiście poniesione przez Zamawiającego straty;
 - 2) korzyści, jakich w sposób uzasadniony spodziewał się Zamawiający, ale których nie osiągnął z uwagi na to, że Wykonawca nie wykonał swego zobowiązania lub wykonał je wadliwie i przez to wyrządził Zamawiającemu szkodę uniemożliwiającą osiągnięcie tych korzyści, w szczególności w następujących przypadkach:
 - a) gdy na skutek zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu realizacji zamówienia Zamawiający nie będzie mógł korzystać z urządzenia będącego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w zakresie leczenia w następstwie czego nie osiągnie spodziewanych przychodów z prowadzonej działalności diagnostyczno-leczniczej, które by osiągnął gdyby mógł korzystać z urządzenia w przypadku terminowego wykonania zamówienia;
 - b) gdy na skutek zwłoki Wykonawcy w dotrzymaniu terminu wykonania napraw gwarancyjnych realizowanych na podstawie niniejszej umowy Zamawiający nie będzie mógł korzystać z urządzenia będącego przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z jej przeznaczeniem w zakresie leczenia w następstwie czego nie osiągnie spodziewanych przychodów z prowadzonej diagnostyczno-leczniczej, które by osiągnął, gdyby mógł korzystać z urządzenia w przypadku terminowego wykonania napraw gwarancyjnych;
 - c) gdy w trakcie prac prowadzonych podczas instalacji urządzenia po jego dostawie bądź później w związku z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, na skutek wadliwego wykonania prac niezbędnych do instalacji i uruchomienia urządzenia, jego wadliwego zainstalowania lub podłączenia do istniejących u Zamawiającego sieci, bądź wadliwego uruchomienia, urządzenie nie będzie funkcjonowało lub będzie funkcjonowało w sposób nieprawidłowy, uniemożliwiający Zamawiającemu wykonanie zadań w zakresie leczenia, w następstwie czego Zamawiający nie osiągnie spodziewanych przychodów z prowadzonej działalności diagnostyczno-leczniczej, które by osiągnął, gdyby mógł właściwie korzystać z urządzenia w przypadku prawidłowego wykonania w/w prac przez Wykonawcę.

Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia:

Zamawiający wyznacza koordynatorów w osobie Roberta Tomaszewskiego , który będzie współpracować z przedstawicielem Wykonawcy, którym jest: w zakresie całokształtu działań związanych z wykonaniem postanowień niniejszej umowy. Zmiana osób, o których mowa w zdaniu poprzednim jest dopuszczalna. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy, a dla jej ważności wymagana jest forma pisemna.

§ 10

Wykonawca zobowiązany jest umieścić na fakturze zapis: „Wierzytelności, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego nie mogą być przedmiotem ich dalszej sprzedaży, jak również cesji lub przelewu bez pisemnej zgody Zamawiającego” oraz zapis, że „Sprzedaż dotyczy wykonania umowy nr/2020/ z dnia”.

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie zmiany w umowie wymagają uzgodnienia i formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA